

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 161

*Набор реагентов «ALMUNO CSF» для определения
 антител к вирусу классической чумы свиней методом
 ИФА, форма выпуска 2*

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.067-2022

Серия: 170823

Дата изготовления: 17.08.23

Годен до: 17.08.24

| Компоненты набора | Серия | Годен до |
|--|--------|------------|
| Иммуносорбент | 170823 | 17.08.2024 |
| Положительный контроль | 170823 | 17.08.2024 |
| Отрицательный контроль | 170823 | 17.08.2024 |
| Конъюгат | 170823 | 17.08.2024 |
| Концентрат буфера для разведения (10х) | 170823 | 17.08.2024 |
| Буфер для анализа | 170823 | 17.08.2024 |
| Концентрат промывочного раствора (20х) | 170823 | 17.08.2024 |
| ТМБ-субстрат | 170823 | 17.08.2024 |
| Стоп-реагент | 170823 | 17.08.2024 |

| Наименование показателя | Нормативная величина | Результат анализа |
|--|---------------------------|-------------------|
| Контроль объёма взвешиванием | Должен соответствовать ТУ | Соответствует ТУ |
| Среднее арифметическое значение оптической плотности положительного контроля, ОЕ | Не менее 0,5 | 2,24 |
| Процент позитивности (ПП) для отрицательного контроля, % | Не более 30 | 3,71 |

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.067-2022

Специалист по контролю качества:

Биолог



А.Г. Грицкевич

Дата выдачи паспорта: 23.08.2023.

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com