

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 174

*Реагент осаждающий буфер «ALPREP PRC»*

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.078-2023

Серия: 060923

Дата изготовления: 06.09.23

Годен до: 06.09.25

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Внешний вид, упаковка, маркировка реагента	Должен соответствовать ТУ	Соответствует ТУ
Контроль объёма взвешиванием	Должен соответствовать ТУ	Соответствует ТУ
Контроль pH растворов	Должен соответствовать ТУ	Соответствует ТУ
Флуориметрическая оценка концентрации выделенной ДНК	Должна соответствовать ТУ	Соответствует ТУ

**Заключение:** продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.078-2023

**Специалист по контролю качества:**

Биолог

А.Г. Грицкевич

Дата выдачи паспорта: 22.09.2023.



**ООО «Альгимед Техно»**

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: [www.algimed-techno.com](http://www.algimed-techno.com) Почта: [techno@algimed.com](mailto:techno@algimed.com)