

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 204

*Набор реагентов для качественного выявления SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в реальном времени  
 «ALSENSE-SARS-CoV-2-RT-qPCR»*

**Сведения о НД:** ТУ ВУ 193208315.010-2020

**Серия:** ALS241023

**Дата изготовления:** 24.10.23

**Годен до:** 24.10.24

Производитель	Модель	Значения ПКО					
		Ct FAM		Ct ROX		Ct HEX	
		min	max	min	max	min	max
ДНК-Технология	DT-96 (порог Ct)	27.2	28.1	26.5	28.0	25.8	26.7
Bio-Rad	CFX96	23.84	24.94	28.1	29.01	25.1	25.51
QIAGEN Hilden	Rotor-Gene Q	28.1	28.7	28.2	28.6	27.8	28.4

**Пороговые значения Ct:**

Ct (FAM)	39,0	Менее или равно – положительно, более – отрицательно
Ct (ROX)	39,0	Менее или равно – положительно, более – отрицательно
Ct (HEX)	29,0	Менее или равно – валидно (достаточное количество биоматериала), более – невалидно (недостаточно биоматериала)

**Заключение:** продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.010-2020

**Специалист по контролю качества:**

Биолог



А.Г. Грицкевич

**Дата выдачи паспорта:** 25.10.2023.

**ООО «Альгимед Техно»**

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: [www.algimed-techno.com](http://www.algimed-techno.com) Почта: [techno@algimed.com](mailto:techno@algimed.com)