

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 222

Экспресс-тест SARS-CoV-2 Ag, форма выпуска 1

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.029-2021

Серия: 310823В

Дата изготовления: 31.08.23

Годен до: 31.08.25

Показатель	Значение по ТУ	Результаты контроля качества
Результат анализа отрицательного контроля	Отрицательный	Соответствует
Результат анализа положительного контроля	Положительный	Соответствует
Аналитическая чувствительность (порог обнаружения)	Не более 5 нг/мл	0,5 нг/мл

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.029-2021

Специалист по контролю качества:

Биолог



А.Г. Грицкевич

Дата выдачи паспорта: 29.11.2023.

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com