

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 236

Набор реагентов для выявления нуклеаз «CleanCheck DNase-RNase Free» на 96 реакций

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.064-2022

Серия: 111223В

Дата изготовления: 11.12.23

Годен до: 11.12.24

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Детекция отрицательного контрольного образца	По каналу ROX: Не позднее 30 цикла	15,44
	По каналу HEX: Не позднее 30 цикла	14,43
Детекция положительного контрольного образца	N/A	N/A
Контроль объёма взвешиванием	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ
Маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют требованиям ТУ

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.064-2022

Специалист по контролю качества:

Биолог



А.Г. Грицкевич

Дата выдачи паспорта: 12.12.2023

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com