

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 230

Набор реагентов для очистки ДНК из реакционных смесей "ALPREP-Ampli", форма выпуска 1

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.049-2022

Серия: 041223

Дата изготовления: 04.12.23

Годен до: 04.12.25

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Внешний вид, упаковка, маркировка набора реагентов	Должен соответствовать ТУ	Соответствует ТУ
Контроль объёма взвешиванием	Должен соответствовать ТУ	Соответствует ТУ
Контроль pH растворов	Должен соответствовать ТУ	Соответствует ТУ
Флуориметрическая оценка концентрации выделенной ДНК	Должна соответствовать ТУ	Соответствует ТУ

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.049-2022

Специалист по контролю качества:

Биолог



А.Г. Грицкевич

Дата выдачи паспорта: 08.12.2023.

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com