

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 245

*Набор реагентов для выявления следовых
 количеств ДНК и РНК
 «CleanCheck DNA-RNA Free» на 24 реакции*

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.062-2022

Серия: 161223А

Дата изготовления: 16.12.23

Годен до: 16.12.24

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Детекция положительного контрольного образца	Не позднее 33 цикла	23,24
Детекция отрицательного контрольного образца	N/A	N/A
Контроль объёма взвешиванием	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ
Маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют требованиям ТУ

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.062-2022

Специалист по контролю качества:

Биолог



А.Г. Грицкевич

Дата выдачи паспорта: 19.12.2023.

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com