

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 250

*Набор реагентов для определения  
 иммуноглобулинов класса G  
 к RBD-участку вируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови  
 человека методом ИФА, форма выпуска 1*

**Сведения о НД:** ТУ ВУ 193208315.022-2021

**Серия:** 131223

**Дата изготовления:** 13.12.23

**Годеи до:** 13.12.24

<b>Компоненты набора</b>	<b>Серия</b>	<b>Годеи до</b>
Иммуносорбент	131223	13.12.2024
Конъюгат	131223	13.12.2024
Положительный контроль (K <sup>+</sup> )	131223	13.12.2024
Отрицательный контроль (K <sup>-</sup> )	131223	13.12.2024
Раствор для разведения сывороток	131223	13.12.2024
20-ти кратный концентрат промывочного раствора	131223	13.12.2024
ТМБ-субстрат	131223	13.12.2024
Стоп-реагент	131223	13.12.2024
Планшет для разведения образцов	131223	13.12.2024

<b>Показатель</b>	<b>Значение по ТУ</b>	<b>Результаты контроля качества</b>
Оптическая плотность измеренная в лунке отрицательного контроля	Не более 0,25	0,079
Оптическая плотность измеренная в лунке положительного контроля	Не менее 0,6	2,812

**Заключение:** продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.022-2021

**Специалист по контролю качества**

Биолог



А.Г. Грицкевич

**Дата выдачи паспорта:** 21.12.2023.

**ООО «Альгимед Техно»**

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: [www.algimed-techno.com](http://www.algimed-techno.com) Почта: [techno@algimed.com](mailto:techno@algimed.com)