

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 273

Набор реагентов для качественного выявления SARS-CoV-2 «ALSENSE-SARS-CoV-2-RT-qPCR», форма выпуска 5

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.010-2020

Серия: 261223

Дата изготовления: 26.12.23

Годен до: 26.12.24

Производитель	Модель	Значения ПКО					
		Ct FAM		Ct ROX		Ct HEX	
		min	max	min	max	min	max
ДНК-Технология	DT-96 (порог Ct)	27.2	28.1	26.5	28.0	25.8	26.7
Bio-Rad	CFX96	21.53	22.35	21.78	22.85	20.54	20.91
QIAGEN Hilden	Rotor-Gene Q	28.1	28.7	28.2	28.6	27.8	28.4

Пороговые значения Ct:

Ct (FAM)	39,0	Менее или равно – положительно, более – отрицательно
Ct (ROX)	39,0	Менее или равно – положительно, более – отрицательно
Ct (HEX)	29,0	Менее или равно – валидно (достаточное количество биоматериала), более – невалидно (недостаточно биоматериала)

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.010-2020

Специалист по контролю качества:

Биолог



А.Г. Грицкевич

Дата выдачи паспорта: 28.12.2023.

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com