

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 12

### *Проба с высоким содержанием хлорамфеникола (спайк-препарат)*

**Серия:** 027

**Дата изготовления:** 24.10.2023

**Годен до:** 02.06.2025

**Описание:** изготовлен из аналитического стандарта хлорамфеникола (Supelco, кат №31667) объемно-весовым методом путем внесения стокового раствора хлорамфеникола в буферный раствор со стабилизирующими добавками. Предназначен для использования с наборами реагентов «ИФА-антибиотик-хлорамфеникол» производства ООО «Альгимед Техно».

**Внешний вид:** прозрачная жидкость в пластиковых микропробирках с завинчивающейся крышкой.

**Концентрация хлорамфеникола в растворе:**  $(10 \pm 0,3)$  нг/мл.

**Условия хранения:** в герметично закрытой микропробирке в защищенном от света месте при температуре от +2 до +8 °C в течение 18 месяцев с даты изготовления.

**Применение:** перед использованием выдержать микропробирку при температуре от +20 до +25 °C в течение 15 минут.

**Специалист по контролю качества:**

Биолог

А.Г. Грицкевич

**Дата выдачи паспорта:** 10.01.2024.



**ООО «Альгимед Техно»**

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: [www.algimed-techno.com](http://www.algimed-techno.com) Почта: [techno@algimed.com](mailto:techno@algimed.com)