

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 24

*Набор реагентов для выделения ДНК из образцов крови
 «ALPREP M-Sorb Blood»*

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.074-2023

Серия: 271223

Дата изготовления: 27.12.23

Годеи до: 27.12.25

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Внешний вид, упаковка, маркировка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют требованиям ТУ
Степень чистоты НК по показателю соотношения A260/280	1,7-2,2	2,029
Количество НК (нг/мкл)	Не менее 10	46,02
pH «Концентрат буфера осаждающего»	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ
pH «Концентрат буфера промывочного»	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ
pH «Буфер элюирующий»	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.074-2023

Специалист по контролю качества:

Инженер-биолог



Ю.А. Шилова

Дата выдачи паспорта: 19.01.24.



ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский район, д. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com