

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 46

Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала «ALPREP», форма выпуска 5

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.010-2020

Серия: 090224

Дата изготовления: 09.02.24

Годен до: 09.02.25

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Чистота выделения ДНК/РНК по показателю соотношения A260/280	Не менее 1,7	Более 1,7
Маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют требованиям ТУ

Заключение: продукт соответствует требованиям **ТУ ВУ 193208315.010-2020**

Специалист по контролю качества:

Ведущий биолог

Т.В. Глинкина

Дата выдачи паспорта: 13.02.2024.



ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com