

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 65

Проба с высоким содержанием хлорамфеникола (спайк-препарат)

Серия: 028

Дата изготовления: 05.02.2024

Годен до: 05.10.2025

Описание: изготовлен из аналитического стандарта хлорамфеникола (Supelco, кат №31667) объемно-весовым методом путем внесения стокового раствора хлорамфеникола в буферный раствор со стабилизирующими добавками. Предназначен для использования с наборами реагентов «ИФА-антибиотик-хлорамфеникол» производства ООО «Альгимед Техно».

Внешний вид: прозрачная жидкость в пластиковых микропробирках с завинчивающейся крышкой.

Концентрация хлорамфеникола в растворе: $(10 \pm 0,3)$ нг/мл.

Условия хранения: в герметично закрытой микропробирке в защищенном от света месте при температуре от +2 до +8 °С в течение 20 месяцев с даты изготовления.

Применение: перед использованием выдержать микропробирку при температуре от +20 до +25 °С в течение 15 минут.

Специалист по контролю качества:

Ведущий биолог



Т.В. Глинкина

Дата выдачи паспорта: 16.02.2024.

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com