

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 72

Экспресс-тест SARS-CoV-2 Ag, форма выпуска 3

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.029-2021

Серия: 310823Н

Дата изготовления: 31.08.23

Годеи до: 31.08.25

| Показатель | Значение по ТУ | Результаты контроля качества |
|--|------------------|------------------------------|
| Результат анализа отрицательного контроля | Отрицательный | Соответствует |
| Результат анализа положительного контроля | Положительный | Соответствует |
| Аналитическая чувствительность (порог обнаружения) | Не более 5 нг/мл | 0,5 нг/мл |

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.029-2021

Специалист по контролю качества:

Ведущий биолог

Т.В. Глинкина

Дата выдачи паспорта: 26.02.2024



ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com