

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 73

*Набор реагентов для выделения ДНК из образцов крови  
 «ALPREP Spin Blood Auto» на 480 выделений*

**Сведения о НД:** ТУ ВУ 193208315.074-2023

**Серия:** 260224А

**Дата изготовления:** 26.02.24

**Годеи до:** 26.02.26

| Наименование показателя                               | Нормативная величина                  | Результат анализа            |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Внешний вид, упаковка, маркировка                     | Должны соответствовать требованиям ТУ | Соответствуют требованиям ТУ |
| Степень чистоты НК по показателю соотношения A260/280 | 1,8-2,2                               | 2,011                        |
| Количество НК (нг/мкл)                                | Не менее 10                           | 38,1                         |
| pH «Концентрат буфера осаждающего»                    | Должен соответствовать требованиям ТУ | Соответствует требованиям ТУ |
| pH «Концентрат буфера промывочного №1»                | Должен соответствовать требованиям ТУ | Соответствует требованиям ТУ |
| pH «Концентрат буфера промывочного №2»                | Должен соответствовать требованиям ТУ | Соответствует требованиям ТУ |
| pH «Буфер элюирующий»                                 | Должен соответствовать требованиям ТУ | Соответствует требованиям ТУ |

**Заключение:** продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.074-2023

**Специалист по контролю качества:**

Инженер-биолог

Ю.А. Шилова

**Дата выдачи паспорта:** 26.02.2024.



**ООО «Альгимед Техно»**

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 2/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: [www.algimed-techno.com](http://www.algimed-techno.com) Почта: [techno@algimed.com](mailto:techno@algimed.com)