

220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 22/1, комната 309	тел: +375 29 893 14 44 e-mail: techno@algimed.com сайт: www.algimed-techno.com	ПАСПОРТ № 78 дата выдачи: 24.01.2024
---	--	---

Планшеты глубоколоночные «Deep Well Plate», 96 лунок, стерильные, DNA/RNA free в комплекте с наконечниками «Tip Comb» на 96 образцов, стерильными

Дата изготовления:	Номер партии:	Годен до:	Срок хранения:
24.01.2024	240124	24.01.2027	36 месяцев

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

1. Планшет глубоколоночный, 96 лунок, без ДНК/РНК		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Контроль взвешиванием	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ
Габаритные размеры	Ширина у основания, мм	85±0,25
	Длина у основания, мм	127±0,25
	Высота, мм	43±0,25
	Ширина сверху, мм	81±0,25
	Длина сверху, мм	123±0,25
	Глубина лунки, мм	40±0,25
Стерильность	Должен выдержать испытание на стерильность методом посева	Стерильно
Отсутствие ДНК/РНК	Должен выдержать испытание на отсутствие следовых количеств ДНК/РНК	Следовых количеств ДНК/РНК не обнаружено

2. Наконечники «Tip Comb» на 96 образцов, стерильные		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Контроль взвешиванием	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ
Габаритные размеры	Ширина, мм	85±0,25
	Длина, мм	128±0,25
	Глубина наконечника, мм	43±0,25
Стерильность	Должен выдержать испытание на стерильность методом посева	Стерильно
Отсутствие ДНК/РНК	Должен выдержать испытание на отсутствие следовых количеств ДНК/РНК	Следовых количеств ДНК/РНК не обнаружено

Планшеты глубоколоночные «Deep Well Plate», 96 лунок, стерильные, DNA/RNA free в комплекте с наконечниками «Tip Comb» на 96 образцов, стерильными **СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям технической документации производителя.

Специалист отдела контроля качества

Ю.А. Шилова

