

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 82

*Набор реагентов для определения содержания
 иммуноглобулинов класса М
 к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме крови
 человека методом иммуноферментного анализа
 ИФА-IgM-SARS-CoV-2*

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.013-2020

Серия: 050324

Дата изготовления: 05.03.24

Годеи до: 05.03.25

Компоненты набора	Серия	Годеи до
Иммуносорбент	001	26.10.2025
Конъюгат	001	26.10.2025
Положительный контроль (К+)	001	26.10.2025
Отрицательный контроль (К-)	001	26.10.2025
Раствор для разведения сывороток	001	26.10.2025
20-ти кратный концентрат промывочного раствора	001	26.10.2025
ТМБ-субстрат	001	26.10.2025
Стоп-реагент	001	26.02.2027

Показатель	Значение ТУ	Результаты контроля качества
Отрицательный контроль, ОЕ, не более	0,2	0,15
Положительный контроль, ОЕ, не менее	0,6	2,1

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.013-2020

Специалист по контролю качества:

Инженер-биолог

Ю.А. Шилова

Дата выдачи паспорта: 06.03.2024

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, Ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com

