

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 92

Планшет с наконечниками для выделения

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.010-2021

Серия: 120324

Дата изготовления: 12.03.24

Годеи до: Не ограничен

Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Стерильность	Должен выдержать испытание на стерильность методом посева	Стерильно
Отсутствие ДНК/РНК	Должен выдержать испытание на отсутствие следовых количеств ДНК/РНК	Следовых количеств ДНК/РНК не обнаружено

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.010-2021

Специалист по контролю качества:

Инженер-биолог



Ю.А. Шилова

Дата выдачи паспорта: 15.03.2024

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com