

220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 22/1, комната 309	тел: +375 29 893 14 44 e-mail: techno@algimed.com сайт: www.algimed-techno.com	ПАСПОРТ № 100 дата выдачи: 25.03.2024
---	--	--

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit D» на 500 образцов

Дата изготовления:	Номер партии:	Годеи до:	Срок хранения:
19.03.2024	190324	19.03.2026	24 месяца

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

1. NOVAPREP HQ + Orange Vial		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Бесцветная жидкость	Бесцветная жидкость
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.
Номинальный объем, мл	12 ± 2%	12,01
Электропроводность при 20 °С, мСм/см	1,5 ± 0,4	1,6
Плотность при температуре 20 °С, г/мл	0,95 ± 0,02	0,94

2. Зонд «Юнона» по ТУ ВУ 30046934.013-2008 производитель ЗАО «Медицинское предприятие Симург», Республика Беларусь РУ № ФСЗ 2009/04877		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Без видимых нарушений	Без видимых нарушений

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit D» на 500 образцов **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям технической документации производителя.

Специалист отдела контроля качества

Ю.А. Шилова

