

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 140

Набор реагентов для выделения ДНК из биологических образцов «ALPREP Forensic Plus» на 100 выделений

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.066-2022

Серия: 020524

Дата изготовления: 02.05.24

Годеи до: 02.05.26

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Чистота выделения ДНК/РНК по показателю соотношения A260/280	1.8-2.2	2.07
Количество НК (нг/мкл)	Не менее 70	75.77
Детекция ДНК человека	Отсутствует	Отсутствует
Детекция ДНКаз, РНКаз	Отсутствуют	Отсутствуют

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.066-2022

Специалист по контролю качества:

Ведущий биолог



Т.В. Глинкина

Дата выдачи паспорта: 06.05.2024.

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com