

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 143

Проба с высоким содержанием стрептомицина (спайк-препарат)

Серия: 021

Дата изготовления: 18.04.2024

Годеи до: 18.12.2025

Описание: изготовлен из аналитического стандарта стрептомицина сульфата (Supelco, кат № PHR2687) объемно-весовым методом путем внесения стокового раствора стрептомицина сульфата в буферный раствор со стабилизирующими добавками. Предназначен для использования с наборами реагентов «ИФА-антибиотик-стрептомицин» производства ООО «Альгимед Техно».

Внешний вид: прозрачная жидкость в пластиковых микропробирках с завинчивающейся крышкой.


Концентрация стрептомицина в растворе: (1000 ±30) нг/мл.

Условия хранения: в герметично закрытой микропробирке в защищенном от света месте при температуре от +2 до +8 °С в течение 20 месяцев с даты изготовления.

Применение: перед использованием выдержать микропробирку при температуре от +20 до +25 °С в течение 15 минут.

Специалист по контролю качества:

Ведущий биолог



Ю.А. Шилова

Дата выдачи паспорта: 08.05.2024.



ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, д. 22, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com