

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 27

### *Проба с высоким содержанием тетрациклина (спайк-препарат)*

**Серия:** 026

**Дата изготовления:** 16.01.2024

**Годен до:** 16.09.2025

**Описание:** изготовлен из аналитического стандарта тетрациклина гидрохлорида (Supelco, кат №31741) объемно-весовым методом путем внесения стокового раствора тетрациклина гидрохлорида в буферный раствор со стабилизирующими добавками и последующей лиофилизацией. Предназначен для использования с наборами реагентов «ИФА-антибиотик-тетрациклин» производства ООО «Альгимед Техно».

**Внешний вид:** лиофилизированный препарат белого цвета в виалах из темного стекла с завинчивающейся крышкой.

**Масса тетрациклина:** (150 ±4,5) нг.

**Концентрация тетрациклина после восстановления:** 100 нг/мл.

**Условия хранения:** в герметично закрытом флаконе в защищенном от света месте при температуре от +2 до +8 °С.

После восстановления раствор пробы с высоким содержанием тетрациклина может быть разделен на аликвоты по 0,2 мл и храниться при температуре не выше минус 18°С не более 4 месяцев.

Не допускается повторное замораживание/оттаивание.

**Применение:** перед использованием выдержать виалу при температуре от +20 до +25 °С в течение 15 минут. К содержимому виалы добавить 1,5 мл растворителя для приготовления градуировочных растворов из набора реагентов «ИФА-антибиотик-тетрациклин» и тщательно перемешать на вортексе.

**Специалист по контролю качества:**

Биолог

Ю.А. Шилова

**Дата выдачи паспорта:** 24.01.2024

**ООО «Альгимед Техно»**

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский район, д. 22, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: [www.algimed-techno.com](http://www.algimed-techno.com) Почта: [techno@algimed.com](mailto:techno@algimed.com)

