

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 150

Проба с высоким содержанием тетрациклина (спайк-препарат)

Серия: 028Т

Дата изготовления: 08.05.2024

Годеи до: 08.01.2026

Описание: изготовлен из аналитического стандарта тетрациклина гидрохлорида (Supelco, кат №31741) объемно-весовым методом путем внесения стокового раствора тетрациклина гидрохлорида в буферный раствор со стабилизирующими добавками и последующей лиофилизацией. Предназначен для использования с наборами реагентов «ИФА-антибиотик-тетрациклин» производства ООО «Альгимед Техно».

Внешний вид: лиофилизированный препарат белого цвета в виалах из темного стекла с завинчивающейся крышкой.

Масса тетрациклина: (150 ±4,5) нг.

Концентрация тетрациклина после восстановления: 100 нг/мл.

Условия хранения: в герметично закрытом флаконе в защищенном от света месте при температуре от +2 до +8 °С.

После восстановления раствор пробы с высоким содержанием тетрациклина может быть разделен на аликвоты по 0,2 мл и храниться при температуре не выше минус 18°С не более 4 месяцев.

Не допускается повторное замораживание/оттаивание.

Применение: перед использованием выдержать виалу при температуре от +20 до +25 °С в течение 15 минут. К содержимому виалы добавить 1,5 мл растворителя для приготовления градуировочных растворов из набора реагентов «ИФА-антибиотик-тетрациклин» и тщательно перемешать на вортексе.

Специалист по контролю качества:

Ведущий биолог



Т.В. Глинкина

Дата выдачи паспорта: 17.05.2024

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com