

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 212

Набор реагентов для выделения ДНК из образцов крови «ALPREP Spin Blood Auto» на 480 выделений

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.074-2023

Серия: 041023

Дата изготовления: 04.10.23

Годен до: 04.10.25

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Степень чистоты НК по показателю соотношения A260/280	1,8-2,2	2,045
Количество НК (нг/мкл)	Не менее 10	92,016
pH «Концентрат буфера осаждающего»	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ
pH «Концентрат буфера промывочного №1»	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ
pH «Концентрат буфера промывочного №2»	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ
pH «Буфер элюирующий»	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.074-2023

Специалист по контролю качества:

Биолог



А.Г. Грицкевич

Дата выдачи паспорта: 14.11.2023.

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com