

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 145

*Лизирующий буфер «ALPREP BTA» на 100 выделений*

**Сведения о НД:** ТУ ВУ 193208315.066-2022

**Серия:** 070524С

**Дата изготовления:** 07.05.24

**Годеи до:** 07.05.26

Таблица 1.

Параметр оценки	Компонент	Результат согласно ТУ	Результат при проведении контроля качества
pH	Буфер лизирующий BTA	Должен соответствовать ТУ	Соответствует ТУ

Таблица 2.

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Чистота выделения ДНК/РНК по показателю соотношения A260/280	1.8-2.2	2.03
Количество НК (нг/мкл)	Не менее 70	74,28
Детекция ДНК человека	Отсутствует	Отсутствует
Детекция ДНКаз, РНКаз	Отсутствуют	Отсутствуют

**Заключение:** продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.066-2022

**Специалист по контролю качества:**

Ведущий биолог



Т.В. Глинкина

**Дата выдачи паспорта:** 15.05.2024.

**ООО «Альгимед Техно»**

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: [www.algimed-techno.com](http://www.algimed-techno.com) Почта: [techno@algimed.com](mailto:techno@algimed.com)