

220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, комната 309	тел: +375 29 893 14 44 e-mail: techno@algimed.com сайт: www.algimed-techno.com	ПАСПОРТ № 151 дата выдачи: 17.05.2024
--	--	--

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit B» на 500 образцов

Дата изготовления:	Номер партии:	Годен до:	Срок хранения:
08.05.2024	080524A	08.05.2026	24 месяца

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

1. NOVAPREP HQ + Orange Vial		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Бесцветная жидкость	Бесцветная жидкость
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.
Номинальный объем, мл	12 ± 2%	12
Электропроводность при 20 °С, мСм/см	1,5 ± 0,4	1,7
Плотность при температуре 20 °С, г/мл	0,95 ± 0,02	0,94

2. NOVAPREP Decantation Systems			
Показатель	Характеристика	Результат контроля	
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации	
Внешний вид	Без видимых нарушений	Без видимых нарушений	
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.	
Геометрические параметры блоттера	Длина блоттера, мм	243 ± 1	242,98
	Толщина блоттера по краю, мм отверстия	0,6 ± 0,2	0,67
	Ширина блоттера, мм	44 ± 0,2	44,11
	Толщина блоттера, мм	1 ± 0,1	1,00
	Диаметр отверстия, мм	19 ± 0,25	18,90
Геометрические параметры камер декантации	Длина спайки, мм	237 ± 1,2	237,63
	Ширина спайки, мм	30 ± 0,28	30,10
	Высота спайки, мм	21 ± 0,25	20,95
	Диаметр внешней декантационной камеры, мм	20 ± 0,25	20,03
	Диаметр внутренней декантационной камеры, мм	18 ± 0,25	18,06

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit B» на 500 образцов **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям технической документации производителя.

Специалист отдела контроля качества



Т.В. Глинкина