

220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 22/1, комната 309	тел: +375 29 893 14 44 e-mail: techno@algimed.com сайт: www.algimed-techno.com	ПАСПОРТ № 240 дата выдачи: 14.12.2023
---	--	--

Реагент для жидкостной цитологии «NOVAPREP Decontamination liquid»

Дата изготовления:	Номер партии:	Годен до:	Срок хранения:
12.12.2023	121223С	12.12.2025	24 месяца

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Бесцветная жидкость	Бесцветная жидкость
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.
Номинальный объём, мл	50 ± 2 %	49,5
рН при 20 °С	Более 13	13,1

Реагент для жидкостной цитологии «NOVAPREP Decontamination liquid», **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям технической документации производителя.

Специалист отдела контроля качества

А.Г.Грицкевич

