

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 246

*Набор реагентов для выявления следовых  
 количеств ДНК и РНК  
 «CleanCheck DNA-RNA Free» на 48 реакций*

**Сведения о НД:** ТУ ВУ 193208315.062-2022

**Серия:** 161223В

**Дата изготовления:** 16.12.23

**Годен до:** 16.12.24

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Детекция положительного контрольного образца	Не позднее 33 цикла	23,24
Детекция отрицательного контрольного образца	N/A	N/A
Контроль объёма взвешиванием	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ
Маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют требованиям ТУ

**Заключение:** продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.062-2022

**Специалист по контролю качества:**

Биолог



А.Г. Грицкевич

**Дата выдачи паспорта:** 19.12.2023.

**ООО «Альгимед Техно»**

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: [www.algimed-techno.com](http://www.algimed-techno.com) Почта: [techno@algimed.com](mailto:techno@algimed.com)