

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 219

Набор реагентов «ALPYR MAT» для проведения теста на активацию моноцитов

Сведения о НД: ТУ BY 193208315.095-2023

Серия: 221123

Дата изготовления: 22.11.23

Годен до: 22.11.24

Компонент набора	Требования по ТУ	Результат контроля качества
Клетки MAT	Количество клеток не менее 10 млн/мл	10 млн/мл
Добавка к культуральной среде FBS	Содержание эндотоксина менее 0,1 ЕЭ/мл	Менее 0,1 ЕЭ/мл
Среда RPMI	Содержание эндотоксина менее 0,025 ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл
ИФА-набор для определения интерлейкина-6	Диапазон определения 10-3500 нг интерлейкина-6	Соответствует
	Чувствительность не более 4 нг/мл	2,5 нг/мл
Технические характеристики набора	Требования по ТУ	Результат контроля качества
Чувствительность набора	Не более 0,025 ЭЕЭ/мл	0,015 ЭЕЭ/мл
Реактивность	LPS	Соответствует
	LTA	Соответствует
	HKSA	Соответствует

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ BY 193208315.095-2023

Специалист по контролю качества:

Биолог

А.Г. Грицкевич

Дата выдачи паспорта: 24.11.2023.

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com