

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 129

Набор реагентов для жидкостной цитологии «NOVAPREP Sample Preparation Kit»

Обозначение ТУ на продукцию: ТУ BY 193208315.016-2020.

Дата изготовления: 24.04.2024

Номер партии: 240424В

| Набор реагентов | Компонент | Количество |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| NOVAPREP Sample Preparation Kit | NOVAPREP HQ + Preservative solution | 1000 мл |
| | NOVAPREP Decontamination liquid | 50 мл |

Результаты испытаний:

Набор реагентов для жидкостной цитологии «NOVAPREP Sample Preparation Kit» по техническим характеристикам соответствует требованиям ТУ BY 193208315.016 2020.

Упаковка и маркировка соответствует требованиям ГОСТ 15.309, ТУ BY 193208315.016 2020.

Хранить в защищённых от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков помещениях при температуре от +15°C до +30 °C.

Срок годности: 2 года от даты изготовления.

Заключение: соответствует ТУ BY 193208315.016-2020

Специалист по контролю качества:

Ведущий биолог

Ю.А. Шилова

Дата выдачи паспорта: 30.04.2024.



ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com