

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 221

Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала методом магнитной сорбции «ALPREP», форма выпуска 2

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.010-2020

Серия: 281123

Дата изготовления: 28.11.23

Годеи до: 28.11.24

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Чистота выделения ДНК/РНК по показателю соотношения А260/280	Не менее 1,7	Более 1,7
Маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют требованиям ТУ

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.010-2020

Специалист по контролю качества:

Биолог



А.Г. Грицкевич

Дата выдачи паспорта: 29.11.2023

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com