

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 94

Набор реагентов для качественного выявления и ручной экстракции РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.010-2020

Серия: ALP231120

Дата изготовления: 14.03.24

Годеи до: 14.03.26

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Чистота выделения ДНК/РНК по показателю соотношения A260/280	Не менее 1,7	Более 1,7
Маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют требованиям ТУ

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.010-2020

Специалист по контролю качества:

Ведущий биолог

Т.В. Глинкина

Дата выдачи паспорта: 20.03.2024.



ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com