

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 172

Набор реагентов «ALVETPREP» для выделения ДНК/РНК

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.024-2021

Серия: 110923

Дата изготовления: 11.09.23

Годен до: 11.09.24

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Чистота выделения ДНК/РНК по показателю соотношения A260/280	Не менее 1,7	Более 1,7
Маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют требованиям ТУ

Заключение: продукт соответствует требованиям **ТУ ВУ 193208315.024-2021**

Специалист по контролю качества:

Биолог



А.Г. Грицкевич

Дата выдачи паспорта: 18.09.2023.

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com