

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 175

*Набор реагентов для качественного выявления SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в реальном времени «ALSENSE-SARS-CoV-2-RT-qPCR»*

**Сведения о НД:** ТУ ВУ 193208315.010-2020

**Серия:** ALS120923

**Дата изготовления:** 12.09.23

**Годен до:** 12.09.24

Производитель	Модель	Значения ПКО					
		Ct FAM		Ct ROX		Ct HEX	
		min	max	min	max	min	max
ДНК-Технология	DT-96 (порог Ct)	27.2	28.1	26.5	28.0	25.8	26.7
Bio-Rad	CFX96	21.46	22.03	23.23	23.51	22.99	23.23
QIAGEN	Rotor-Gene Q	28.1	28.7	28.2	28.6	27.8	28.4
Hilden							

### Пороговые значения Ct:

Ct (FAM)	39,0	Менее или равно – положительно, более – отрицательно
Ct (ROX)	39,0	Менее или равно – положительно, более – отрицательно
Ct (HEX)	29,0	Менее или равно – валидно (достаточное количество биоматериала), более – невалидно (недостаточно биоматериала)

**Заключение:** продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.010-2020

### Специалист по контролю качества:

Биолог



А.Г. Грицкевич

**Дата выдачи паспорта:** 22.09.2023.

### ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: [www.algimed-techno.com](http://www.algimed-techno.com) Почта: [techno@algimed.com](mailto:techno@algimed.com)