

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 176

Набор реагентов для качественного выявления и ручной экстракции РНК коронавируса SARS-CoV-2, методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени «ALSENSE-SARS-CoV-2-RT-qPCR»

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.010-2020

Серия: ALS231120

Дата изготовления: 12.09.23

Годеи до: 12.09.24

Производитель	Модель	Значения ПКО					
		Ct FAM		Ct ROX		Ct HEX	
		min	max	min	max	min	max
ДНК-Технология	DT-96 (порог Ct)	27.2	28.1	26.5	28.0	25.8	26.7
Bio-Rad	CFX96	21.2	22.04	21.43	21.75	23.16	23.25
QIAGEN	Rotor-Gene Q	28.1	28.7	28.2	28.6	27.8	28.4
Hilden							

Пороговые значения Ct:

Ct (FAM)	39,0	Менее или равно – положительно, более – отрицательно
Ct (ROX)	39,0	Менее или равно – положительно, более – отрицательно
Ct (HEX)	29,0	Менее или равно – валидно (достаточное количество биоматериала), более – невалидно (недостаточно биоматериала)

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.010-2020

Специалист по контролю качества:

Биолог



А.Г. Грицкевич

Дата выдачи паспорта: 27.09.2023.

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com