## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 194

Набор реагентов для качественного определения аллельных вариантов гена β-казеина «ALG-CASEIN A1/A2»

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.042-2022

Серия: 121023

Дата изготовления: 12.10.23

Годен до: 12.10.24

## Пороговое значения Сt:

| FAM         | <b>НЕХ</b> Не более 30            |  |
|-------------|-----------------------------------|--|
| N/A         |                                   |  |
| Не более 30 | Не более 30                       |  |
| Не более 30 | N/A                               |  |
| N/A N/A     |                                   |  |
|             | N/A<br>Не более 30<br>Не более 30 |  |

| Используемое                  | Полученные значения ПКО и ОКО |                    |        |       |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|-------|
| оборудование<br>Bio-Rad CFX96 | Ct FAM                        |                    | Ct HEX |       |
| Параметр оценки               | min                           | max                | min    | max   |
| Сt (для ПКО А1А1)             |                               | /y/y/ <del>y</del> | 25.05  | 25.32 |
| Сt (для ПКО А1А2)             | 25.42                         | 26.14              | 26.35  | 27.25 |
| Сt (для ПКО A2A2)             | 25.33                         | 25.43              |        | 1-11- |
| Сt (для ОКО)                  |                               |                    |        |       |

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.042-2022

Специалист по контролю качества:

Биолог

Дата выдачи паспорта: 18.10.2023

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В ТОТИКЕВИЧ

ALGIMED

ALGIMED

ALGIMED

ALGIMED ALGIMED

ALGIMED

ALGIMED

GIMED

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com