

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 203

Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала «ALPREP», форма выпуска 5

Сведения о НД: ТУ BY 193208315.010-2020

Серия: ALP241023

Дата изготовления: 24.10.23

Годен до: 24.10.24

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Чистота выделения ДНК/РНК по показателю соотношения A260/280	Не менее 1,7	Более 1,7
Маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют требованиям ТУ

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ BY 193208315.010-2020

Специалист по контролю качества:

Биолог



А.Г. Грицкевич

Дата выдачи паспорта: 25.10.2023

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com