

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 216

*Набор реагентов для выделения ДНК из образцов крови
 «ALPREP Spin Blood Manual» на 50 выделений*

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.074-2023

Серия: 151123

Дата изготовления: 15.11.23

Годеи до: 15.11.25

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Внешний вид, упаковка, маркировка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют требованиям ТУ
Степень чистоты НК по показателю соотношения A260/280	1,8-2,2	2,078
Количество НК (нг/мкл)	Не менее 10	89,12
pH «Концентрат буфера осаждающего»	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ
pH «Концентрат буфера промывочного №1»	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ
pH «Концентрат буфера промывочного №2»	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ
pH «Буфер элюирующий»	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.074-2023

Специалист по контролю качества:

Биолог



А.Г. Грицкевич

Дата выдачи паспорта: 23.11.2023

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com