

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 223

*Набор реагентов для выделения ДНК из агарозного геля
 ALPREP Gel Column на 100 образцов*

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.048-2022

Серия: 031123D

Дата изготовления: 03.11.23

Годен до: 03.11.25

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Внешний вид, упаковка, маркировка набора реагентов	Должен соответствовать ТУ	Соответствует ТУ
Контроль объёма взвешиванием	Должен соответствовать ТУ	Соответствует ТУ
Контроль pH растворов	Должен соответствовать ТУ	Соответствует ТУ
Спектрофотометрическая оценка концентрации выделенной ДНК	Должна соответствовать ТУ	Соответствует ТУ

Заключение: продукт соответствует требованиям **ТУ ВУ 193208315.048-2022**

Специалист по контролю качества:

Биолог



А.Г. Грицкевич

Дата выдачи паспорта: 01.12.2023.

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com