

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 233

*Набор реагентов для определения содержания
 иммуноглобулинов класса G
 к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме крови человека
 методом иммуноферментного анализа
 «ИФА-IgG-SARS-CoV-2»*

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.012-2020

Серия: 022020

Дата изготовления: 08.12.23

Годеи до: 08.12.24

<u>Компоненты набора</u>	<u>Серия</u>	<u>Годеи до</u>
Иммуносорбент	081223	08.12.2024
Конъюгат	081223	08.12.2024
Положительный контроль (K ⁺)	081223	08.12.2024
Отрицательный контроль (K ⁻)	081223	08.12.2024
Раствор для разведения сывороток	081223	08.12.2024
20-ти кратный концентрат промывочного раствора	081223	08.12.2024
ТМБ-субстрат	081223	08.12.2024
Стоп-реагент	081223	08.12.2024

<u>Показатель</u>	<u>Значение по ТУ</u>	<u>Результаты контроля качества</u>
Отрицательный контроль, ОЕ, не более	0,25	0,159
Положительный контроль, ОЕ, не менее	0,3	2,23

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.012-2020

Специалист по контролю качества:

Биолог



А.Г. Грицкевич

Дата выдачи паспорта: 12.12.2023

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com