

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2

Набор реагентов для жидкостной цитологии «NOVAPREP Decantation Systems»

Сведения о НД: ТУ BY 193208315.016-2020

Серия: 030124

Дата изготовления: 03.01.24

Набор реагентов	Компонент	Количество
NOVAPREP Decantation Systems	NOVAPREP Decantation Systems	520 шт

Результаты испытаний:

Набор реагентов для жидкостной цитологии «NOVAPREP Decantation Systems» по техническим характеристикам соответствует требованиям ТУ BY 193208315.016 2020.

Упаковка и маркировка соответствует требованиям ГОСТ 15.309, ТУ BY 193208315.016 2020.

Хранить в защищённых от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков помещениях при температуре от +4 °С до +35 °С.

Срок годности: 2 года от даты изготовления.

Заключение: соответствует ТУ BY 193208315.016-2020

Специалист по контролю качества:

Биолог



А.Г. Грицкевич

Дата выдачи паспорта: 03.01.2024.

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com