

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 4

### Экспресс-тест SARS-CoV-2 Ag, форма выпуска 1

**Сведения о НД:** ТУ ВУ 193208315.029-2021

**Серия:** 310823E

**Дата изготовления:** 31.08.23

**Годеи до:** 31.08.25

Показатель	Значение по ТУ	Результаты контроля качества
Результат анализа отрицательного контроля	Отрицательный	Соответствует
Результат анализа положительного контроля	Положительный	Соответствует
Аналитическая чувствительность (порог обнаружения)	Не более 5 нг/мл	0,5 нг/мл

**Заключение:** продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.029-2021

**Специалист по контролю качества:**

Инженер-биолог



Ю.А. Шилова

**Дата выдачи паспорта:** 04.01.2024

**ООО «Альгимед Техно»**

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: [www.algimed-techno.com](http://www.algimed-techno.com) Почта: [techno@algimed.com](mailto:techno@algimed.com)