

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 17

Набор реагентов для жидкостной цитологии «NOVAPREP Vials»

Обозначение ТУ на продукцию: ТУ BY 193208315.016-2020.

Дата изготовления: 12.01.2024

Номер партии: 120124

Варианты фасовки	Компонент	Количество
Набор на 25 образцов	NOVAPREP HQ + Orange Vial	25 шт

Результаты испытаний:

Набор реагентов для жидкостной цитологии «NOVAPREP Vials» по техническим характеристикам соответствует требованиям ТУ BY 193208315.016 2020.

Упаковка и маркировка соответствует требованиям ГОСТ 15.309, ТУ BY 193208315.016 2020.

Хранить в защищённых от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков помещениях при температуре от +4 °С до +35 °С.

Срок годности: 2 года от даты изготовления.

Заключение: соответствует ТУ BY 193208315.016-2020

Специалист по контролю качества:

Инженер-биолог

Ю.А. Шилова

Дата выдачи паспорта: 16.01.2024



ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com