

220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 22/1, комната 309	тел: +375 29 893 14 44 e-mail: techno@algimed.com сайт: www.algimed-techno.com	ПАСПОРТ №45 дата выдачи: 12.02.2024
---	--	--

Реагент для жидкостной цитологии «NOVAPREP NOVASTICK»

Дата изготовления:	Номер партии:	Годеи до:	Срок хранения:
12.02.2024	120224D	12.02.2026	24 месяца

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Светло-голубой полупрозрачный раствор.	Светло-голубой полупрозрачный раствор.
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.
Номинальный объем, мл	30 ± 2 %	29,75
Плотность при 20 °С, г/мл	0,98 ± 0,02	0,98
pH при 20 °С	5,45 ± 0,2	5,55
Оптическая плотность при 450 нм	0,3 ± 0,05	0,29

Реагент для жидкостной цитологии «NOVAPREP NOVASTICK», **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям технической документации производителя.

Специалист отдела контроля качества

Ю.А. Шилова

