

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 63

*Набор реагентов для выявления нуклеаз
 «CleanCheck DNase-RNase Free» на 48 реакций*

Сведения о НД: ТУ BY 193208315.064-2022

Серия: 140224В

Дата изготовления: 14.02.24

Годен до: 14.02.25

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Детекция отрицательного контрольного образца	По каналу ROX: Не позднее 30 цикла	14,71
	По каналу HEX: Не позднее 30 цикла	12,73
Детекция положительного контрольного образца	N/A	N/A
Контроль объёма взвешиванием	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ
Маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют требованиям ТУ

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ BY 193208315.064-2022

Специалист по контролю качества:

Инженер-биолог



Ю.А. Шилова

Дата выдачи паспорта: 16.02.2024.



ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com