

| | | |
|---|--|--|
| 220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 22/1, комната 309 | тел: +375 29 893 14 44 e-mail: techno@algimed.com сайт: www.algimed-techno.com | ПАСПОРТ №68 дата выдачи: 20.02.2024 |
|---|--|--|

Реагент для жидкостной цитологии «NOVAPREP NOVASTICK»

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|----------------|
| Дата изготовления: | Номер партии: | Годеи до: | Срок хранения: |
| 20.02.2024 | 200224A | 20.02.2026 | 24 месяца |

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

| Показатель | Характеристика | Результат контроля |
|---------------------------------|---|--|
| Соответствие документации | Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации | Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации |
| Внешний вид | Светло-голубой полупрозрачный раствор. | Светло-голубой полупрозрачный раствор. |
| Целостность упаковки | Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений. | Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений. |
| Номинальный объем, мл | 30 ± 2 % | 29,75 |
| Плотность при 20 °С, г/мл | 0,98 ± 0,02 | 0,98 |
| pH при 20 °С | 5,45 ± 0,2 | 5,55 |
| Оптическая плотность при 450 нм | 0,3 ± 0,05 | 0,29 |

Реагент для жидкостной цитологии «NOVAPREP NOVASTICK», **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям технической документации производителя.

Специалист отдела контроля качества

Ю.А. Шилова

