

|   |  |   |
|---|--|---|
| 220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 22/1, комната 309 | тел: +375 29 893 14 44<br>e-mail: techno@algimed.com<br>сайт: www.algimed-techno.com | ПАСПОРТ № 88<br>дата выдачи: 11.03.2024 |
|---|--|---|

Реагент для жидкостной цитологии «NOVAPREP Decontamination liquid»

|                    |               |            |                |
|--------------------|---------------|------------|----------------|
| Дата изготовления: | Номер партии: | Годеи до:  | Срок хранения: |
| 06.03.2024         | 060324A       | 06.03.2026 | 24 месяца      |

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

| Показатель                | Характеристика  | Результат контроля   |
|---------------------------|---|--|
| Соответствие документации | Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации | Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации |
| Внешний вид               | Бесцветная жидкость   | Бесцветная жидкость  |
| Целостность упаковки      | Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.                       | Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.                           |
| Номинальный объём, мл     | 50 ± 2 %  | 49,5   |
| pH при 20 °C              | Более 13  | 13,1   |

Реагент для жидкостной цитологии «NOVAPREP Decontamination liquid», **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям технической документации производителя.

Специалист отдела контроля качества



Т.В.Глинкина