

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 83

*Набор реагентов для выделения ДНК из биологических образцов «ALPREP Forensic Plus» на 100 выделений*

**Сведения о НД:** ТУ ВУ 193208315.066-2022

**Серия:** 050324А

**Дата изготовления:** 05.03.24

**Годен до:** 05.03.26

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Чистота выделения ДНК/РНК по показателю соотношения A260/280	1.8-2.2	2.06
Количество НК (нг/мкл)	Не менее 70	76.33
Детекция ДНК человека	Отсутствует	Отсутствует
Детекция ДНКаз, РНКаз	Отсутствуют	Отсутствуют

**Заключение:** продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.066-2022

**Специалист по контролю качества:**

Ведущий биолог



Т.В. Глинкина

**Дата выдачи паспорта:** 11.03.2024.

**ООО «Альгимед Техно»**

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: [www.algimed-techno.com](http://www.algimed-techno.com) Почта: [techno@algimed.com](mailto:techno@algimed.com)