

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 98

Набор реагентов «ALVETPREP» для выделения ДНК/РНК

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.024-2021

Серия: 180324А

Дата изготовления: 18.03.24

Годен до: 18.03.25

| Наименование показателя | Нормативная величина | Результат анализа |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| Чистота выделения ДНК/РНК по показателю соотношения A260/280 | Не менее 1,7 | Более 1,7 |
| Маркировка, упаковка | Должны соответствовать требованиям ТУ | Соответствуют требованиям ТУ |

Заключение: продукт соответствует требованиям **ТУ ВУ 193208315.024-2021**

Специалист по контролю качества:

Инженер-биолог

Ю.А. Шилова

Дата выдачи паспорта: 22.03.2024.



ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com