

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 114

*Набор реагентов для выделения ДНК из образцов крови  
 «ALPREP Spin Blood Auto» на 480 выделений*

**Сведения о НД:** ТУ ВУ 193208315.074-2023

**Серия:** 280324А

**Дата изготовления:** 28.03.24

**Годеи до:** 28.03.26

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Внешний вид, упаковка, маркировка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют требованиям ТУ
Степень чистоты НК по показателю соотношения A260/280	1,8-2,2	2,00
Количество НК (нг/мкл)	Не менее 10	26,27
pH «Концентрат буфера осаждающего»	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ
pH «Концентрат буфера промывочного №1»	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ
pH «Концентрат буфера промывочного №2»	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ
pH «Буфер элюирующий»	Должен соответствовать требованиям ТУ	Соответствует требованиям ТУ

**Заключение:** продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.074-2023

**Специалист по контролю качества:**

Ведущий биолог



Т.В. Глинкина

**Дата выдачи паспорта:** 08.04.2024.

**ООО «Альгимед Техно»**

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: [www.algimed-techno.com](http://www.algimed-techno.com) Почта: [techno@algimed.com](mailto:techno@algimed.com)